

監控點圖表


監控點: 547-急診BI-臨床藥局-PHCL-C017-(下)

時間區間: 2025-02-27 16:00 ~ 2025-04-01 08:30

最大值: -68.7 °C

最小值: -81.4 °C

平均值: -79.2 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuanashu
01 Apr 2025

單位主管:

藥學部劉兆鴻 0401
科主任 1600

Not to file

冷凍櫃 PHCL-C017 設定的溫度範圍為 -70°C 至 -90°C ，是根據不同試驗案的試驗藥品需求來設定。目前存放於 PHCL-C017 的 V940-002 試驗案，試驗藥品可接受的溫度範圍為 -60°C 至 -90°C ，因此即使冷凍櫃的上限設定為 -70°C ，該藥品仍處於允許範圍內，沒有超溫的問題。

The temperature range of freezer PHCL-C017 is set between -70°C and -90°C , based on the storage requirements of trial medications for different clinical studies.

The V940-002 trial medication currently stored in this freezer has an acceptable temperature range of -60°C to -90°C . Therefore, even with the freezer's upper limit set at -70°C , the medication remains within the permitted range, with no risk of temperature deviation.

hchen 01 Apr 2015