

# 監控點圖表


監控點: 154-急診4F-檢體儲存室-80°C-2-上

時間區間: 2025-10-01 00:00 ~ 2025-10-31 23:59

最大值: -71.5 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -80.5 °C



製表者: 臨床試驗中心

單位主管: