監控點圖表


監控點: 154-急診4F-檢體儲存室-80℃-2-上

時間區間: 2026-08-01 00:00 ~ 2026-08-31 23:59

最大值: -68.3 ℃

最小值: -81.8 ℃

平均值: -81.0 ℃



製表者: 臨床試驗中心

單位主管: