

監控點圖表


監控點: 572-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(下)

時間區間: 2026-02-26 19:00 ~ 2026-04-01 18:13

最大值: -76.7 °C

最小值: -79.6 °C

平均值: -78.3 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yunmeishu
01 Apr 2024

單位主管:

藥學部 劉兆鴻 0402
科主任 1470