

# 監控點圖表


監控點: 150-急診4F-檢體儲存室-20°C-上

時間區間: 2024-09-01 00:00 ~ 2024-09-30 23:59

最大值: -3.8 °C

最小值: -21.3 °C

平均值: -17.3 °C



製表者: 臨床試驗中心

單位主管: