

# 監控點圖表


監控點: 156-急診4F-檢體儲存室-4°C-上

時間區間: 2026-01-01 00:00 ~ 2026-01-31 23:59

最大值: 7.3 °C

最小值: 3.4 °C

平均值: 4.2 °C



製表者: 臨床試驗中心

單位主管: