

# 監控點圖表


監控點: 157-急診4F-檢體儲存室-4°C-下

時間區間: 2025-10-01 00:00 ~ 2025-10-31 23:59

最大值: 4.9 °C

最小值: 3.6 °C

平均值: 4.4 °C



製表者: 臨床試驗中心

單位主管: