

# 監控點圖表


監控點: 572-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(下)

時間區間: 2026-03-31 17:00 ~ 2026-05-04 15:46

最大值: -76.7 °C

最小值: -79.5 °C

平均值: -78.3 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

YucmeSn  
04May 2026

單位主管:

藥學部劉兆鴻 0505  
科主任 0900