

監控點圖表


監控點: 571-急診B1-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2025-12-31 16:30 ~ 2026-02-02 13:25

最大值: -80.1 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -81.1 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yumen
02 Feb 2026

單位主管:

藥學部
科主任 劉兆鴻

0202
1730