

監控點圖表


監控點: 57I-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2026-05-29 15:00 ~ 2026-07-01
09:03

最大值: -80.9 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -81.1 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuchen
01 Jul 2026

單位主管:

藥學部主任 劉兆鴻
0701
1330