

監控點圖表


監控點: 547-急診B1-臨床藥局-PHCL-C017-(下)

時間區間: 2025-12-31 16:30 ~ 2026-02-02 13:25

最大值: -74.8 °C

最小值: -81.2 °C

平均值: -78.8 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuchen Su
02Feb 2026

單位主管:

藥學部主任 劉兆鴻
0202 1730