


TCVGH Temperature Log

Internal (°C)



2018/4/30 下午 07:20:00 2018/5/5 下午 07:20:00 2018/5/10 下午 07:20:00 2018/5/15 下午 07:20:00 2018/5/20 下午 07:20:00 2018/5/25 下午 07:20:00 2018/5/30 下午 07:20:00

Sensor Name	Internal
Legend	
Description	PHCL-C001
Serial Number	1803-0047
Product Code	EI-IN-D-32-L
Start	2018/4/30 下午 07:20:00
Finish	2018/6/1 上午 08:10:00
Specification	2.0 to 8.0 °C
Average	4.4 °C
Highest	6.8 °C
Lowest	2.6 °C

NZ-24 01 Jun 2018