



RptNo.: ETR2633707

第2頁 共2頁

溫度部份:

器示值 (°C)	標準值 (°C)	器差值 (°C)
-29.6	-30.0	0.4
-19.6	-20.0	0.4
-9.7	-10.0	0.3

校正說明:

1. 器差值 = 器示值 - 標準值
2. 器示值: 係指送校正件所顯示或設定之值
3. 標準值係指工作標準件之輸出值或顯示值
4. 校正能力以約95 %信賴水準, $k=2$ 之擴充不確定度表示
5. 擴充不確定度: 0.5°C
6. 上述擴充不確定度已包含校正件之不確定度評估結果.

--- THE END ---