

監控點圖表


監控點: 547-急診BI-臨床藥局-PHCL-C017-(下)

時間區間: 2025-11-28 12:00 ~ 2026-01-05 08:10

最大值: -76.7 °C

最小值: -81.1 °C

平均值: -78.8 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuan Su
02 Jan 2026

單位主管:

藥學部劉兆鴻 0105 1330
科主任劉兆鴻