

監控點圖表


監控點: 571-急診B1-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2025-04-30 11:00 ~ 2025-06-02 10:52

最大值: -79.5 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -81.0 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yurash
02 Jun 2025

單位主管:

藥學部劉兆鴻 0602 1400
科主任劉兆鴻