

監控點圖表


監控點: 57I-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2025-05-29 17:00 ~ 2025-07-01 14:05

最大值: -80.1 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -81.0 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuchen Su
01 Jul 2025

單位主管:

藥學部 劉兆鴻 0702
科主任 劉兆鴻 1030