

監控點圖表


監控點: 546-急診B1-臨床藥局-PHCL-C017-(上)

時間區間: 2025-01-20 12:00 ~ 2025-02-03 14:05

最大值: -77 °C

最小值: -81.6 °C

平均值: -79.5 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yucien Su
03 Feb 2025

單位主管:

藥學部劉兆鴻
科主任

0203
1700