

監控點圖表


監控點: 152-急診4F-檢體儲存室-80℃-1-上

時間區間: 2024-10-01 00:00 ~ 2024-10-31 23:59

最大值: -35.2 °C

最小值: -92.6 °C

平均值: -80.0 °C



製表者: 臨床試驗中心

單位主管: