

監控點圖表


監控點: 151-急診4F-檢體儲存室-20℃-下

時間區間: 2024-01-01 00:00 ~ 2024-01-31 23:59

最大值: -3.3 °C

最小值: -21.9 °C

平均值: -18.2 °C



製表者: 臨床試驗中心

單位主管: