



RptNo. : ETR2633706

第2頁 共2頁

溫度部份：

器示值 (°C)	標準值 (°C)	器差值 (°C)
0.0	0.0	0.0
5.0	5.0	0.0
10.0	10.0	0.0

校正說明：

1. 器差值=器示值 - 標準值
2. 器示值:係指送校正件所顯示或設定之值
3. 標準值係指工作標準件之輸出值或顯示值
4. 校正能力以約95 %信賴水準， $k=2$ 之擴充不確定度表示
5. 擴充不確定度：0.5 °C
6. 上述擴充不確定度已包含校正件之不確定度評估結果。

--- THE END ---