

監控點圖表


監控點: 546-急診BI-臨床藥局-PHCL-C017-(上)

時間區間: 2026-08-31 12:00 ~ 2026-10-02 08:58

最大值: -77 °C

最小值: -81.4 °C

平均值: -79.4 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuanesun
020012016

單位主管:

藥學部劉兆鴻 1005
1500