

監控點圖表


監控點: 572-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(下)

時間區間: 2025-02-27 16:00 ~ 2025-04-01 08:30

最大值: -74.1 °C

最小值: -80 °C

平均值: -78.2 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真
YucySu
01 Apr 2025

單位主管:

藥學部劉兆鴻
科主任 0401
1600