

監控點圖表


監控點: 571-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2025-01-27 17:30 ~ 2025-03-03
09:23

最大值: -79.4 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -81.0 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuen Su
03 Mar 2025

單位主管:

藥學部劉兆鴻
科主任

0303
1445