

監控點圖表


監控點: 546-急診B1-臨床藥局-PHCL-C017-(上)

時間區間: 2025-05-29 17:00 ~ 2025-07-01
14:05

最大值: -76.2 °C

最小值: -81.5 °C

平均值: -79.4 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

YumaSu
01 Jul 2025

單位主管:

藥學部
科主任 劉兆鴻
0702
1030