

監控點圖表


監控點: 156-急診4F-檢體儲存室-4°C-上

時間區間: 2025-12-01 00:00 ~ 2025-12-31 23:59

最大值: 4.7 °C

最小值: 3.5 °C

平均值: 4.1 °C



製表者: 臨床試驗中心

單位主管: