

監控點圖表


監控點: 57I-急診B1-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2025-07-31 17:00 ~ 2025-09-01
09:50

最大值: -78.7 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -81.0 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yunesu
01 Sep 2025

單位主管:

藥學部主任 劉兆鴻
0901/1400