

監控點圖表


監控點: 547-急診BI-臨床藥局-PHCL-C017-(下)

時間區間: 2026-03-31 17:00 ~ 2026-05-04 15:46

最大值: -76.8 °C

最小值: -80.6 °C

平均值: -78.7 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真 *Yumei Su*
05 May 2026

單位主管:

藥學部 劉兆鴻 *0505*
科主任 *0900*