

監控點圖表


監控點: 528-急診BI-臨床藥局-PHCL-C004-(下)

時間區間: 2023-03-31 11:00 ~ 2023-05-01 09:45

最大值: -18.1 °C

最小值: -21.6 °C

平均值: -19.5 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真 YUCHENSH 01 May 2023

單位主管:

藥學部 陳秀美 050/1600
科主任