

# 監控點圖表


監控點: 547-急診B1-臨床藥局-PHCL-C017-(下)

時間區間: 2026-02-26 19:00 ~ 2026-04-01 18:13

最大值: -69.8 °C

最小值: -81 °C

平均值: -78.8 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Luohan  
01 Apr 2026

單位主管:

藥學部劉兆鴻  
科主任